

Patienters upplevelser och nyttjandegrad av olinjära respektive linjära hörapparat. Ulla Lindblad 1997

Sammanfattning

I föreliggande studie redovisas nyttjandegrad och upplevelser av hörapparater med olika förstärkningskrets baserad på en enkätundersökning (n=29). Ett slumpmässigt urval av hörapparatbärare, hälften med K-Amp-hörapparater och hälften med linjära hörapparater, gjordes utifrån listor över ordinerade hörapparater på en hörselklinik. Syftet med studien var att jämföra två olika hörapparatstyper och hur mycket de används beroende på den förstärkningsteknik de har. Några generella slutsatser var inte möjliga att dra från denna begränsade studie. Man var i allmänhet nöjd med hörapparaterna oavsett typ av hörapparat. K-Amp-apparatbärare tenderade att använda sina hörapparater något mer än de som använder linjära hörapparater. Att döma av frågornas medelvärden tenderade också K-Amp-hörapparat- en vara den som i de flesta fall hjälper bäst i olika situationer. Men i flertalet situationer fanns inga skillnader mellan apparaterna beträffande i vilken grad de hjälper.

Abstract

Saknas